



電気泳動ゲル(SDS-PAGE)の蛍光イメージャー画像比較



Laser/光電子増倍管方式 Molecular ImagerFX (Bio-Rad社)

GELSCAN スキャン時間:75秒

12.5%アクリルアミドゲル サンプル:タンパク質マーカー 蛍光染料:SYPRO Ruby染色(Invitrogen社標準プロトコル)

資料提供:東和环境化学株式会社 プロフェニックス事業部